



Międzyzlesie, dnia 07.05.2018 r.

Oś.271.8.2018

WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

Do postępowania na zadanie: – „**Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa**”

Zamawiający informuje, że do ogłoszonego zaproszenia do postępowania za w/w zadanie wpłynęło następujące pytanie w sprawie przedmiotu zapytania:

Wniosek z dnia 07.05.2018 r.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oczekuje urządzenia, które w chwili obecnej jest niedostępne na rynku (Defibrylator AED Philips FRX z możliwością pracy w trybie szkoleniowym/terapeutycznym). W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego, jednak bez możliwości pracy w trybie szkoleniowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **dopuszcza** produkt równoważny bez możliwości pracy w trybie szkoleniowym.

BURMISTRZ

Tomasz Korczak